



Biological Width

Implant to Implant

∅	3	3,25	3,4	3,5	3,75	4	4,1	4,3	4,5	4,8	5	5,5	6	6,5
3	3,10	2,98	2,90	2,85	2,73	3,10	3,05	2,90	2,85	2,70	3,10	2,85	3,10	2,85
3,25	2,98	2,85	2,78	2,73	3,10	2,98	2,93	2,96	2,73	3,08	2,98	2,73	2,98	2,73
3,4	2,90	2,78	2,70	2,65	3,03	2,90	2,85	3,00	3,15	3,00	2,90	3,15	2,90	3,05
3,5	2,85	2,73	2,65	2,60	2,98	2,85	2,80	3,03	3,10	2,95	2,85	3,10	2,85	3,00
3,75	2,73	3,10	3,03	2,98	2,85	2,73	2,68	3,09	2,98	2,83	2,73	2,98	2,73	2,88
4	3,10	2,98	2,90	2,85	2,73	3,10	3,05	2,95	2,85	2,70	3,10	2,85	3,00	2,75
4,1	3,05	2,93	2,85	2,80	2,68	3,05	3,00	2,90	2,80	2,65	3,05	2,80	2,95	2,70
4,3	2,95	2,96	2,75	2,70	3,08	2,95	2,90	2,80	2,70	3,05	2,95	2,70	2,85	2,60
4,5	2,85	2,73	3,15	3,10	2,98	2,85	2,80	2,70	3,10	2,95	2,85	3,00	2,75	3,10
4,8	2,70	2,58	3,00	2,95	2,83	2,70	2,65	3,05	2,95	2,80	2,70	2,85	2,60	2,95
5	3,10	2,98	2,90	2,85	2,73	3,10	3,05	2,95	2,85	2,70	3,00	2,75	3,10	2,85
5,5	2,85	2,73	3,15	3,10	2,98	2,85	2,80	2,70	3,00	2,85	2,75	3,10	2,85	3,10
6	3,10	2,98	2,90	2,85	2,73	3,00	2,95	2,85	2,75	2,60	3,10	2,85	3,10	2,85
6,5	2,85	2,73	3,05	3,00	2,88	2,75	2,70	2,60	3,10	2,95	2,85	3,10	2,85	3,10



1	6,1
2	6,6
3	7,1
4	7,6
5	8,0
6	8,6
7	9,1
8	9,6
9	11,5



A	3,8
B	4,3
C	5,1

Tooth to Implant

∅	3	3,25	3,4	3,5	3,75	4	4,1	4,3	4,5	4,8	5	5,5	6	6,5
	2,3	2,175	2,1	2,05	1,925	2,3	2,25	2,15	2,05	1,9	1,8	2,35	2,1	1,85